

Digemid dispone el retiro y destrucción de lote de BD Catéter INSYTE

Categoría: Dispositivos médicos

Detalles del producto

Producto o servicio	BD CATÉTER INSYTE
Marca	INSYTE
Modelo	24 GA x 0.75 in, Código: 38831114, caja x 200 unidades
Año de fabricación	2026
Unidades afectadas	-
Lote o número de serie	3167427

Imagen



Defecto

La Digemid detectó un lote cuyo análisis de control de calidad determinó que presenta un borde irregular en la punta del catéter, lo cual no es conforme con el ensayo de caracteres físicos para este tipo de dispositivos médicos. (Resultado crítico)

Riesgo

Ello representa un riesgo para la salud de los pacientes.

Medidas

La Digemid dispuso, como medida de seguridad sanitaria, el retiro y la destrucción de todas las unidades del lote observado del dispositivo médico, y recomendó a la ciudadanía abstenerse de su uso a fin de salvaguardar la salud de la población.

Instrucciones para el consumidor

Abstenerse de su uso y compra.

Alerta por iniciativa de

GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Datos de contacto

Para más información, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.
Titular del Registro Sanitario: DROGUERÍA GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Nota: La presente ficha técnica se genera de manera automática con la información disponible al momento de su descarga. La información podría estar sujeta a actualizaciones posteriores.

Fecha de descarga: 17/10/2026